



附件 2:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	
	职称:	副主任医师
	工作单位:	中山市人民医院
项目信息	项目名称:	中山市中医院超声探头采购项目
	供应商名称 (包组 1):	中山市嘉晟医疗器械有限公司
	供应商名称 (包组 2):	珠海市树同医疗科技有限公司
供应商名称 (包组 3):	广州市汉德医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>包组1采购的经食管超声探头只有嘉晟医疗(中国)投资有限公司生产的与采购人现有彩超机型配套使用,而中山市嘉晟医疗器械有限公司为该产品的指定产品型号在指定区域或医院的经销商。</p> <p>包组2采购的凸阵探头只有嘉晟医疗(中国)投资有限公司生产的凸阵探头能与采购人现有彩超机型配套使用,而珠海市树同医疗科技有限公司为该指定产品型号在指定区域或医院的经销商。</p> <p>包组3采购的高频线阵探头,只有通用电气医疗系统(中国)有限公司生产的型号与采购人现有设备配套使用,而广州市汉德医疗科技有限公司为该指定产品型号在指定区域或医院的经销商。</p> <p>综合上述理由,建议采用单一来源方式采购。</p>	
	专业人员签字	 日期 2024年 11月 20日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 2:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张命	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 中山市妇幼保健院服务中心	
项目信息	项目名称: 中山市中医院超声探头采购项目	
	供应商名称 (包组 1): 中山市嘉晟医疗器械有限公司	
	供应商名称 (包组 2): 珠海市树同医疗科技有限公司 供应商名称 (包组 3): 广州市汉德医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)	
	本项目包 1 组采购的经食道超声探头只有富都医疗(中国)投资有限公司生产的产品能与采购人现有的系统兼容使用,而中山市嘉晟医疗器械有限公司为生产商指定的经销商。 包组 2 组经食管探头只有富都医疗(中国)投资有限公司的产品能与采购人现有的系统兼容使用,而珠海市树同医疗科技有限公司是生产商指定的经销商。 包组 3 组采购的高频线阵探头只有通用电气(中国)公司生产的产品能与采购人现有的系统兼容使用,而广州市汉德公司是生产商指定的经销商。因此,建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	张命	日期: 2024 年 1 月 20 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 2:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 周其杰	
	职称: 工程师	
	工作单位: 中山市博爱医院	
项目信息	项目名称: 中山市中医院超声探头采购项目	
	供应商名称 (包组 1): 中山市嘉晟医疗器械有限公司	
	供应商名称 (包组 2): 珠海市树同医疗科技有限公司 供应商名称 (包组 3): 广州市汉德医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>本项目采购包组 1 采购的经食道超声探头只有富士胶片(中国)投资有限公司产的经食道超声探头能与采购人现有索诺声 sonosite X-porte 机型相匹配使用,而中山市嘉晟医疗器械有限公司为富士胶片(中国)投资有限公司指定产品型号在指定区域或医院的经销商。</p> <p>包组 2 采购的凸阵介入探头,只有富士胶片(中国)投资有限公司产的凸阵介入探头能与采购人现有富士 ALOK ARIETTA 8 彩超超配套使用,而珠海市树同医疗科技有限公司为富士胶片(中国)投资有限公司的指定产品型号在指定区域或医院经销商。</p> <p>包组 3 采购的高频线阵探头,只有通用电气医疗系统(中国)有限公司产的高频线阵探头能与采购人现有 GE Voluson E8 彩超超配套使用,而广州市汉德医疗科技有限公司为通用电气医疗系统(中国)有限公司指定产品型号在指定区域或医院的经销商。</p> <p>符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的情形之一: 只能从唯一供应商处采购。建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	周其杰	日期 2024 年 11 月 20 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。